



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА НЕСПЕЦИФИЧНЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
"СОКОБАЊА" - СОКОБАЊА
Ул. Војводе Мишића 48, 18230 Сокобања



www.soko-banja.rs
sokobolnica@open.telekom.rs

Директор +381 18 830 148
Централа +381 18 830 144
Маркетинг +381 18 830 367
Комерцијала +381 18 830 766
Факс +381 18 830 072

ЖИРО РАЧУН: 840-537667-43
ПИБ: 100693517
Матични број: 07248261

Предмет: Одговори на постављена питања у вези набавке ЈН 5/2014

Питања везана за техничке карактеристике апарата за магнетну терапију

Питање бр.1: У карактеристикама стоји 2 независно подесива канала, али имају по два излаза, могућност повезивања до 4 канала; нејасно је да ли је независна терапија само на 2 канала или на сва 4 канала, односно да ли је могуће имати терапију на сва 4 апликатора истовремено или не, а поготову имајући у виду да је предвиђена испорука само 2 апликатора по апарату (обруча и локалног апликатора)?

Одговор: У техничким карактеристикама стоји 2 независно подесива канала која имају по два излаза и могућност повезивања до 4 апликатора. Ми тражимо два независно подесива канала са два излаза.

Питање бр.2: Имајући претходно питање у виду, да ли је онда могуће понудити апарат са два независна излаза?

Одговор: Могуће је понудити апарат са два независна излаза.

Питање бр.3: На који начин је за магнетну терапију важно да ли је процесор 16-битни? Да ли је прихватљив 32-битни или 8-битни процесор?

Одговор: Прихватљив је 32-битни процесор.

Питање бр.4: Пошто је захтевано памћење параметара, да ли је могуће да се оно извршава унутар апарата (мем. картица уграђена у сам апарат) или је потребно споља, обзиром да за испоруку није предвиђена картица уз апарат?

Одговор: Могуће је да се памћење параметара извршава и унутар апарата, а техничким карактеристикама у конкурсној документацији предвиђена је и меморијска картица за складиштење параметара третмана.

Питање бр.5: За магнетну терапију је важно да лежај буде од немагнетног материјала (алуминијум, дрво...). Да ли је прихватљив дрвени лежај, а не само алуминијумски?

Одговор: Конкурсном документацијом, техничким карактеристикама, јасно је предвиђен искључиво алуминијумски кревет.

Питање бр.6: Обзиром да се захтева да обруч има магнетни штит, који смањује паразитно магнетно поље, зашто се то исто не захтева за апликаторе за локалну примену, односно, да ли је прихватљив торус без магнетног штита? Које су толеранције за димензије локалних апликатора?

Одговор: Потребан је магнетни штит за све апликаторе, а димензије апликатора дате су у техничким карактеристикама и износе 18x5x3cm.

С поштовањем
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Мирољуб Ђоровић, дипл. правник

